ANALIZA BIAŁEK

100019451

Laboratorium Analiz

Klient: Vanta Labs
Numer zamówienia: 100019451
Nazwa: VANTALABS RETATRUTIDE
Liczba próbek: 1 fiolka

Numer partii: --------
Data otrzymania: 2026-10-16
Data rozpoczęcia: 2026-10-22
Data zakończenia: 2026-10-26

Identyfikacja próbki

Substancja	Sposób pobrania próbki	Postać
Retatrutide	Próbka dostarczona przez klienta	Biały proszek w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Zawartość	Czystość
Retatrutide	VantaLabs Retatrutide 10 MG	21,35mg	99%

Komentarz do badania

Próbkę badaną naniesiono w ilości 3µl na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. W trakcie analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H2O i acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik poszukiwanej substancji. Jej zawartość, w porównaniu z chromatogramem wzorcowym, wynosi 21,35mg. Niepewność pomiaru wynosi +/-0,05mg. Aktualny stan próbki nadesłanej do badania przedstawiono na zdjęciu poniżej.

Zdjęcie badanej próbki



Hasło
066FTELQ

Analiza Białek sp. z o.o.
KRS:0000966168
NIP:8992922970
REGON:521751875

Siedziba i laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając